

مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان
کارت معاینه استاندارد طبی آمبولانس تیپ B

تاریخ :
کد آمبولانس :
شماره نامه :

فرد یا مؤسسه مالک : کد مرکز : شماره شاسی : شماره موتور :
نوع خودرو : تاریخ ساخت : شماره تاییدیه استاندارد : شماره شهرداری :

ردیف	عنوان	تعداد	دارد	شماره سریال	نظریه کارشناسی
۱	□ برانکارد اصلی (ثابت و متحرک) / □ رویه قابل شستشو ... / □ ملحفه یکبار مصرف ... / □ صندلی جهت پرستار ...	۱			
۲	□ استر جیر (وسیله برای حمل بیمار در وضعیت نشسته)	۱			
۳	□ مخزن اکسیژن ثابت (کمینه ۲۰۰۰ لیتر) یا دو سیلندر اکسیژن ۱۰ لیتری با اتصال سریع	۱			
۴	□ اکسیژن پرنابل (با کمینه ۴ لیتر) ... □ مانومتر ... با اتصال سریع	۱			
۵	□ ساکشن برقی قابل حمل و قابل شارژ ... □ ساکشن دستی یا پدالی ... *	۱			
۶	□ دفیبریلاتور قابل حمل با ثبت کننده ریتم (در صورت تمایل می توان از دستگاه AED با دفیبریلاتور قابل حمل با ثبت کننده ریتم و داده های بیمار استفاده نمود)	۱			
۷	□ پایشگر قلبی □ ضربان ساز قلبی (خارج از بدن) * در صورت تمایل می توان از وسیله ای با قابلیت دو یا چند مورد از این کارها استفاده نمود	۱			
۸	□ کیف احیاء □ لارنگوسکوپ □ ایروی □ از هر سایز * □ لوله تراشه □ پنس مکیل ... *	۱			
۹	□ سلنדר اطفاء حریق	۱			
۱۰	□ دسترسی به شبکه تلفن عمومی از طریق فرستنده و گیرنده رادیویی معمولی یا تلفن همراه	۱			
۱۱	□ برانکار اسکوپ	۱			
۱۲	□ لانگ بک برد با ثابت نگه دارنده سر و تسمه های نگهدارنده	۱			
۱۳	□ وسیله کشش traction splint	۱			
۱۴	□ ثابت نگهدارنده قسمت فوقانی ستون فقرات با قابلیت باز شدن (KED)	۱			
۱۵	□ وسیله ای برای تعیین قند خون (گلوکومتر) *	۱			
۱۶	□ پالس اکسی متر *	۱			
۱۷	□ کیت زایمان اضطراری	۱			
۱۸	□ تشک خلاء	۱			
۱۹	□ پتو	۲			
۲۰	□ ست کامل ثابت سازی شکستگی □ ست آتل گردنی				
۲۱	□ آمبویگ □ با ماسک □ (بزرگسال ... و اطفال ...)	۱			
۲۲	□ دستگاه سنجش فشار خون دستی قابل حمل و □ گوشی پزشکی □ (بزرگسال ... □ اطفال ...)	۱			
۲۳	□ دماسنج (با کمینه ۲۸ درجه تا ۴۲ درجه سلسیوس و با کمینه ۳۵ درجه تا ۴۲ درجه سلسیوس) از هر کدام	۱			

ردیف	عنوان	تعداد	دارد	شماره سریال	نظریه کارشناسی
۲۴	□ چراغ قوه قلمی جهت معاینه.....* □ چراغ قوه بزرگ از هر کدام	۱			
۲۵	□ داروهای ضد درد (مطابق با آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت)*				
۲۶	□ محلولهای تزریقی (از هر نوع یک لیتر) طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت	۴			
۲۷	□ تجهیزات تزریقی (در سایز مختلف) طبق آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت	۴			
۲۸	□ آویز سرم متصل به بدنه	۲			
۲۹	□ ست کامل پانسمان ... □ ست کامل پانسمان سوختگی ...	۱			
۳۰	□ ظرف نگهدارنده عضو قطع شده که داخل آن برای کمین =+۲ تا ۴ درجه سلسیوس نگهداری کند	۱			
۳۱	□ لوله معدی با ملحقات (در سه سایز)*	۱			
۳۲	□ لگن ادرار ... □ مدفوع ... □ کیسه استفراغ ... از هر کدام	۱			
۳۳	□ بورین بگ (ظرف جمع آوری ادرار غیر شیشه ای)	۱			
۳۴	□ SAFTY BOX*	۱			
۳۵	□ دستکش جراحی استریل (جفت)*	۵			
۳۶	□ دستکش لاتکس غیر استریل (بسته ۱۰۰ عددی)	۱			
۳۷	□ کیسه زباله □ کیسه زوائد بالینی □ مواد شوینده و ضد عفونی	۱			
۳۸	□ پوشاک محافظتی با روپوش یا شنل یا نوار شبرنگ (هر نفر)	۱			
۳۹	□ دستکش ایمنی / دستکش محافظ (جفت) ... □ کفش ایمنی (جفت) ... □ کلاه ایمنی ... هر نفر	۱			
۴۰	□ تجهیزات حفاظت فردی در برابر عفونت (ماسک - عینک و) برای هر نفر*	۱			
۴۱	□ مجموعه ابزار نجات سبک (طناب - تبر - دیلم - چکش شیشه شکن و ...)	۱			
۴۲	□ ابزار برنده کمربند ایمنی	۱			
۴۳	□ مثلث اخطار (شبرنگ یا چراغ)	۲			
۴۴	□ فرستنده و گیرنده رادیویی با قابلیت نصب روی خودرو (بی سیم خودرویی)	۱			
۴۵	□ فرستنده و گیرنده رادیویی با قابلیت حمل (بی سیم دستی)	۱			
۴۶	□ ارتباط داخلی بین کابین راننده و کابین بیمار	۱			
۴۷	□ درج نام موسسه در دو طرف بدنه و پشت آمبولانس (مطابق دستورالعمل)	۲			
۴۸	□ هواکش ... □ سیستم تهویه ... □ گولر ... □ بخاری ... □ آژیر ... □ چراغ گردان □ پروژکتور از هر کدام	۱			

*تصوب کارت معاینه طبی و تعرفه مصوب وزارت متبوع داخل کابین عقب آمبولانس الزامی می باشد. موارد ستاره دار و High Light شده علاوه بر داخل آمبولانس باید الزاماً در یامیک دارونی نیز موجود باشند.
 * فعالیت آمبولانس باید بر اساس آیین نامه آمبولانس قصوصی باشد (۱۳۶۷/۴۰۱/ز) مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ و کلیه وسایل داخل آمبولانس باید دائماً در آمبولانس موجود باشد و در صورت مصرف بلافاصله جایگزین گردد.

نام و نام خانوادگی متقاضی: نام و نام خانوادگی کارشناس: تاریخ بازدید و امضاء: مهر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی